

病理部門システム入札質問書回答

項番	質問	回答
1	<p>部門システムおよび装置との連携について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・病理システムが連携する範囲は以下の認識でよろしいでしょうか。 (1) 電子カルテ(仕様No:1-16-38) (2) DWH(仕様No:1-16-17) (3) SS-MIX(地域連携) (仕様No:1-16-18) (4) ユーザー認証システム (利用者連携) (仕様No:1-16-33) (5) LBC装置 (仕様No:1-14-12) (6) バーチャルスライド装置 (仕様No:1-14-12) (7) プレパラートプリンタ (仕様No:1-14-12) (8) カセットプリンタ (仕様No:1-14-12) (9) 画像取得装置 (マイクロカメラ、マクロカメラ、電子顕微鏡、蛍光顕微鏡、書画カメラ) (仕様No:1-14-12) (10) 周辺機器 (バーコードリーダー、ペンタブレット、スキャナ、ラベルプリンタ、複合機、プリンター) (仕様No:1-14-12) 	<p>認識に相違ありません。</p>
2	<p>接続機器について (仕様No:1-14-12)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接続機器の中にはWin10に対応していない機器 (接続不可能)、利用に際して機器付属のミドルウェアのバージョンアップが必要な機器 (バージョンアップ費用発生)、PC端末との接続に際してPC側にインターフェースの増設 (増設費用発生) が必要な機器があるかと認識しております。現状、想定されている接続機器は変更となる可能性があるとの記載があるため、システムとの接続に際して、機器側で発生しうる費用は調達対象外と認識してよろしいでしょうか。 	<p>想定されている接続機器が変更した場合は考慮しなくて構いません。</p> <p>医療機器に付随している端末は更新の予定がないためそのまま利用します。</p> <p>接続する端末を更新することで機器側の接続費用が発生しする場合は別費用としますので含みません。</p>
3	<p>ハードウェア、ミドルウェアの調達範囲について(仕様No:1-1-12、1-16-34)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーバ機器、サーバOS、データベースソフトは本調達の対象外の認識でよろしいでしょうか。 ・PC本体は本調達の範囲外の認識でよろしいでしょうか。 	<p>サーバ機器、サーバOS、データベースソフト、PC本体は別途当院にて調達致しますので範囲外です。</p>
4	<p>データ移行について (仕様No:1-15-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現行システムからのデータ抽出範囲 (データ項目) については貴院と現行ベンダー様間で取り決めていただく前提でよろしいでしょうか。 	<p>認識に相違ありません。</p>
5	<p>操作研修について (仕様No:1-16-37)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・システム稼働が2023年5月に対し、操作研修が2022年12月と稼働日よりかなり前倒しとなっておりますが、この時期の操作研修の内容はどれくらいの粒度を想定すればよろしいでしょうか。 	<p>最大で本番の運用レベルでおこないますが、実際の進捗状況に合わせて変更します。</p>

6	<p>保守について(仕様No:1-16-50)</p> <ul style="list-style-type: none">・保守は本調達範囲外の認識でよろしいでしょうか。・保守料金は導入初年度から発生する認識でよろしいでしょうか。・24時間365日の保守対応のレベルは以下の想定でよろしいでしょうか。 <p>(1) 時間外の緊急連絡窓口を設置し、夜間等に発生した故障の復旧は翌営業日に速やかに対応する。</p> <p>(2) 計画的な保守作業は時間外を含め最適な日時に対応する。</p>	<p>調達範囲外です。</p> <p>保守については納品完了後翌月から実施いただく想定です。</p> <p>保守レベルについては問題ありません。</p>
---	--	--