

質 問 ・ 回 答

令和 4 年 6 月 13 日公表

開札予定日	令和 4 年 6 月 22 日(水)
調 達 件 名	AED(自動体外式除細動器)
質 問	<p>仕様書内の同等品条件に、「耳マークの承認」を取得したものとありますが、一般的にこのマークの承認を受けていないものでも、耳の不自由な方が操作可能ではありますし、納入実績も多数あります。</p> <p>納入する AED に必ず「耳マークの承認」は必要でしょうか。</p>
回 答	<p>障がいのある方の状況は様々であり、必要な配慮も異なることから、ご本人の求めに応じた適切な対応が求められます。</p> <p>また、同時に、どのような障がいがあるのかといったプライバシーに関わることには立ち入らないよう、配慮も必要です。</p> <p>このような観点から、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮がなされた機種であることを容易に判別できる「耳マーク」が表記された製品を選定しております。</p>