

ガスクロマトグラフ質量分析装置 品名・製品番号・規格・数量等

メーカー:アジレント・テクノロジー(株)			
品名・製品番号: 下段のとおり			
構成部分名等		品名【製品番号】	数量
質量分析部 機器制御・データ解析部		Agilent 5977B イナートプラス EI MSD ターボ バンドル 【G7077BA】	一式
	イオンゲージコントローラー	イオンゲージコントローラー【G3397B】	1
ガスクロマトグラフ部		Agilent 8890 GC システム【G3540A】	一式
	バックフラッシュキット	Universal GC/MS PCT Backflush Kit【G1472A】	1
試料導入部		PAL3 RSI 120 オートサンプリング【G7368A】	一式
故障対応・保証等	保証	SYS-GM-5977T-X/OL5 CrossLab ブロンズ(官公庁/大 学向け)5年	一式
	点検	SYS-GM-5977T-X/9C5 CrossLab メンテナンス 5年	一式

メーカー・製品番号等:指定なし			
構成部分名等	品名	規格等	数量
機器制御・データ解析部	プリンタ	・カラーレーザープリンタ ・A4 サイズ対応 ・両面印刷可能	1台
	キーボード・マウス	・読取方式:光学式又はレーザー式 ・日本語対応	各1

特記事項	
取扱説明書	設置、操作、解析、保守などの取扱説明書は日本語で表記していること
検収について	本装置設置時の性能確認において、以下の物質を分析した際の装置検出限界 (IDL,n=8) が目標以下であることを確認し、当該分析の機器の測定条件と測定データを提出すること。 有機リン化合物 パラチオン: 1ng、メチルパラチオン: 1ng、EPN: 1ng、メチルジメトン: 1ng
付属品	次回交換に必要な最低限の部品を付属させること(フィラメントを含む)
	OS 及びすべてのソフトウェアのバックアップ CD を付属させること
その他	メンテナンスに必要な工具等を付属させること