

仕 様 書

1.名称

豊平川水再生プラザポータブル型ガス検知器修理

2.目的

酸欠危険場所等で作業する際に使用するガス検知器について、性能を保証するためにセンサ等部品の年1回交換が必要なため。

3.品名・規格

品 名	規 格	数 量
ポータブル型ガス検知器修理	理研計器(株)製 GX-2009	5 台

4. 修理内容

(1) ガス検知器本体（GX-2009）部品交換（5 台分）

名称	仕様	数量
O2 センサ	OS-BM2 O2	5 個
H2S センサ	ES-1827IF H2S	5 個
CO センサ	ES-1821 CO	5 個
防水フィルタ	PF020	5 個
干渉フィルタ	CF-1821-2 CO	5 個
干渉フィルタ	CF-6264-4 FT-6002	5 個
調湿フィルタ	CF-1827IF-1	5 個

(2) 吸引用ポンプユニット（RP-6）部品交換（5 台分）

名称	仕様	数量
テフロンフィルタ		5 個
金網フィルタ		5 個

(3) (1) の部品交換後、ガス検知器本体のスパン調整、ゼロ点調整を行う。

5. 特記事項

- (1) 修理後、メーカー（理研計器(株)）の検査成績表を提出すること。
- (2) 同時に修理できる台数は2台もしくは3台までとする。
- (3) 支払は一括払いとし、5台分の修理完了後、検査に合格した場合に請求できることとする。

6.納期 令和7年3月21日

7.納入場所 札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター豊平川水再生プラザ
(札幌市白石区菊水元町8条3丁目5番1号)

8.検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター豊平川水再生プラザ
(札幌市白石区菊水元町8条3丁目5番1号)

9. 連絡先

札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター設備係

担当 吉中 景祐

住所 札幌市白石区菊水元町8条3丁目5番1号

電話 011-871-5121