

# 仕 様 書

## 1. 名称

豊平川水再生プラザポータブル型ガス検知器修理

## 2. 目的

酸欠危険場所等で作業する際に使用するガス検知器について、性能を保証するためにセンサ等部品の年1回交換が必要なため。

## 3. 名称・規格

名 称	規 格	数 量
部品費	内訳は4. 修理内容のとおり	1 式
作業費		1 式
諸経費		1 式

## 4. 修理内容

対象：ポータブル型ガス検知器 理研計器(株)製 GX-2009 5台

(1) ガス検知器本体 (GX-2009) 部品交換 (5台分)

名 称	仕 様	数 量
O2センサ	OS-BM2 O2	5個
H2Sセンサ	ES-1827IF H2S	5個
COセンサ	ES-1821 CO	5個
防水フィルタ	PF020	5個
干渉フィルタ	CF-1821-2 CO	5個
干渉フィルタ	CF-6264-4 FT-6002	5個
調湿フィルタ	CF-1827IF-1	5個

(2) 吸引用ポンプユニット (RP-6) 部品交換 (5台分)

名 称	仕 様	数 量
テフロンフィルタ		5個
金網フィルタ		5個

(3) (1) の部品交換後、ガス検知器本体のスパン調整、ゼロ点調整を行う。

## 5. 特記事項

(1) 修理後、メーカー（理研計器(株)）の検査成績表を提出すること。

(2) 同時に修理できる台数は2台もしくは3台までとする。

(3) 支払は一括払いとし、5台分の修理完了後、検査に合格した場合に請求できることとする。

6. 納入期限 令和8年3月30日

7. 納入及び  
検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター豊平川水再生プラザ  
(札幌市白石区菊水元町8条3丁目5番1号)

## 8. 連絡先

札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター設備係

担当 堀田

住所 札幌市白石区菊水元町8条3丁目5番1号 電話 011-871-5121