

質 問 ・ 回 答

令和 8 年 7 月 7 日公表

調達件名	超純水・純水製造装置
質 問 1	【仕様書について】 仕様書の「保守」について、メーカー保証等による 2 年間の保証経過後は、札幌市と保守会社との間で別途保守契約が締結される認識でよろしいでしょうか。 また、本入札の対象は、保守業務を除いた機器部分であるとの認識で相違ないでしょうか。
回 答	2 年間の保証等経過後は別途保守契約は締結せず、都度修繕等を依頼することとなります。また、本入札は借受開始から 2 年間の保証等を加えた機器が対象となります。
質 問 2	【入札説明書 3-(3)ア】 契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、本調達に係る予算の削除又は減額があった場合には、契約を解除するとございますが、過去に解約の実績はございますでしょうか。
回 答	過去に予算削除または減額を理由として契約を解除した事案について、すべてを把握できておりませんので、回答は致しかねますが、下水道河川局では直近5か年において、賃貸借期間中に契約解除した事案は生じておりません。
質 問 3	【入札説明書 3(4)】 入札書に記載する入札金額については、月額賃貸借料(税抜)を記載する認識でお間違いでしょうか。
回 答	お見込みのとおりです。
質 問 4	動産総合保険については、契約期間に応じて保険金額が逓減する通常の動産総合保険を付保する認識で問題ないでしょうか。
回 答	契約約款第 11 条のとおり、動産総合保険への加入を必須としておりますが、保険の種類及び内容について、指定はございません。そのため、保険金額が逓減する動産総合保険でも問題ございません。
質 問 5	今回更新対象となる既設機器の使用期間についてご教示いただけますでしょうか。また、本件においても同様の使用期間を想定する認識でよろしいでしょうか。
回 答	既設機器の使用期間は5年間となります。また、本件も 5 年間の使用期間を想定しています。