

仕 様 書

1 名 称

ロードセル（新川水再生プラザ）

2 名称・規格及び数量

品名	規格	数量
ロードセル	ミネベアインテック製 PR6203/5tD1	4 台

【同等品条件】

以下の条件を満たす同等品であること。

ロードセル	精度クラス：D1 以上 定格出力：2.0mV/V 保護等級：IP68 以上 定格荷重：49.0kN(5tf) 印加電圧：4～24V 材質：ステンレス製 SUS304 ケーブル：4 芯シールドケーブル 5m 高さ：138.5mm 程度 直径：φ89.3mm 程度
-------	--

※同等品で参加する場合は、事前に担当課へ同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認及び、承認を受けた後、入札（見積）日までに同等・規格確認書（原本）を下水道計画課へ提出すること。なお同等品の確認を依頼する際は、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3 納入期限

令和9年3月30日（火）

4 納入場所・検査場所

札幌市下水道河川局事業推進部新川水再生プラザ
札幌市西区八軒9条西7丁目1-65

5 その他

- (1) 納品日時については、担当課と事前に打合せすること。
- (2) 契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）の条件となります。

6 発注者

札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター

札幌市西区八軒9条西7丁目1-65

担当：設備係 太平

電話：011-611-5305

メール：gesui-shin-c-setsubi@city.sapporo.jp