

調達案件名称 告示第20号 臨床検査業務（主契約）

No.	質問	回答
1	<p>仕様書4（1）について</p> <p>電子カルテシステムと検体検査システム及び採血管準備システムのマスター整備についてですがこちらは事前に導入されているメーカーへ他社へ切り替える場合、4月稼働が可能と確認をされていますか。可能でなければ応札自体難しいと思われます。</p> <p>こちらで採血準備システムのメーカーへ確認しましたら病院で導入している機器が古く現状では機器の更新をしないと新たな設定は厳しいと回答されています。</p>	<p>過去のシステム導入・更新における実績およびプロセスを鑑み、適切な進捗管理のもとであれば、4月稼働は実現可能であると判断しております。</p>
2	<p>検査室へ現在取引をされている業者より検体整理のため駐在されている人が1名いると思いますが、今回の仕様書にはその事に触れていないこともあります。今後駐在の必要が無いのか確認をお願いしたいと思います。</p>	<p>検体整理や検査に関する照会対応で、駐在して対応に当たっていただいている業務については、臨床検査業務（主契約）の落札者が決定後に、当該落札者と別業務として契約することを想定しています。</p> <p>そのため、臨床検査業務（主契約）の入札の際は、駐在対応の分は見積もりに含めないようお願いいたします。</p>
3	<p>仕様書7（1）について</p> <p>内訳書に記載ある全項目が対象と認識しておりますが、測定方法変更となる項目についてはn=30程のデータを測定し、相関データを提出でよろしいでしょうか。</p>	<p>n=30以上のデータを測定し、相関データを提出していただければ、問題ございません。</p>