

見積依頼書

所 属
4 東

札幌市病院事業管理者

27年6月24日

市立札幌病院

購入年月日 ・備品番号	機器等の名称 ・メーカー・型式	故障の状況又は修繕の内容 (具体的に記載して下さい。)	数量
R.19/17	ストリッパー 711714科	ヤがっている	1
C3021 -0126	変圧器 P.P.T-B06	(トッ70交換修理)	

上記の物品の見積照会をしますので期限までに
見積書を提出して下さい。

整理番号

注意事項

札幌市病院局
経営企画課用度係

- 見積書は所定の投入函に入れて下さい。
(期日厳守)
- 品名・数量その他の内容を確実に記載して下さい。
- 「同等品可」と表示してあるものは、メーカー、規格及び定価等を明記して下さい。
- 注文を受けた場合は、指定納期までに納品して下さい。

担 当


履行期限
7年10月31日

(納入遅延の場合、違約金が必要です。)

見積依頼書

所 属
OR

札幌市病院事業管理者

R7年6月25日

市立札幌病院

購入年月日 ・備品番号	機器等の名称 ・メーカー・型式	故障の状況又は修繕の内容 (具体的に記載して下さい。)	数量
	マッテ	70R手術台の手術の部品	
	アルファマックス	修理	/
		<交換部品>	
		上肢台クラ=70 2カ付	

上記の物品の見積照会をしますので期限までに
見積書を提出して下さい。

整理番号

注意事項

- 見積書は所定の投入函に入れて下さい。
(期日厳守)
- 品名・数量その他の内容を確実に記載して下さい。
- 「同等品可」と表示してあるものは、メーカー、規格及び定価等を明記して下さい。
- 注文を受けた場合は、指定納期までに納品して下さい。
(納入遅延の場合、違約金が必要です。)

札幌市病院局
経営企画課用度係

担 当


履行期限
7年12月26日

見積依頼書

所 属
手術室

札幌市病院事業管理者

2017年6月24日

市立札幌病院

購入年月日 ・備品番号	機器等の名称 ・メーカー・型式	故障の状況又は修繕の内容 (具体的に記載して下さい。)	数量
	FT10	アーク点検電機	1
		電気マス	
		FT10 エネルギープラットフォーム	
		VLF T10 GEN 点検	

上記の物品の見積照会をしますので期限までに
見積書を提出して下さい。

整理番号

注意事項

札幌市病院局
経営企画課用度係

- 見積書は所定の投入函に入れて下さい。
(期日厳守)
- 品名・数量その他の内容を確実に記載して下さい。
- 「同等品可」と表示してあるものは、メーカー、規格及び定価等を明記して下さい。
- 注文を受けた場合は、指定納期までに納品して下さい。

担 当


履行期限
7年10月31日

(納入遅延の場合、違約金が必要です。)

見積依頼書（物品購入調書）

下記の物品の見積照会をしますので、期限までに見積書を提出してください。

担 当

01 病院事業会計

年 度	令和07年度	伺 番 号	第21-00286号
支 払 区 分	通常払 ・ 前渡一時 ・ 前渡繰越 前金払 ・ 概算払	執 行 課	13 経 / 経 ・ 本院経費（経営企画）
事 業 区 分	031 手術室		
仕 訳	C062医業費用 その他修繕費		
予 算 種 別	0現年度予算		
款	10 病院事業費用		
項	01 医業費用		
目	03 経費		
節	14 修繕費		
細 節	99 その他修繕費		

登録年月日	令和7年6月20日	執行名称	RAPIDVAC排煙システム定期点検
-------	-----------	------	--------------------

名 称	摘 要	数 量	単 価	金 額 (円)
RAPIDVAC 排煙システム定期点検	コヴィディエン	2 台		

納入場所	手術室	税 区 分	課税
検査場所	経営企画課用度係	課 税	10%
納入期限	令和8年3月31日		

説明（使用目的）

注 意 事 項

- 見積書は所定の投函箱に入れて下さい。
- 品名・数量その他の内容を確実に記載して下さい。
- 「同等品可」と表示してあるものは、メーカー、規格及び定価等を記載して下さい。
- 注文を受けた場合は、指定納期までに納品して下さい。
(納入遅延の場合は、違約金が必要です。)

見積依頼書（物品購入調書）

下記の物品の見積照会をしますので、期限までに見積書を提出してください。

担 当

01 病院事業会計

年 度	令和07年度	伺 番 号	第21-00185号
支 払 区 分	通常払 ・ 前渡一時 ・ 前渡繰越 前金払 ・ 概算払	執 行 課	04 経 / 総・本院経費（施設）
事 業 区 分	OD2 電気担当 2（施設管理）		
仕 訳	C062医業費用 その他修繕費		
予 算 種 別 0現年度予算			
款 10 病院事業費用			
項 01 医業費用			
目 03 経費			
節 14 修繕費			
細 節 99 その他修繕費			

登録年月日	令和7年6月20日	執 行 名 称	電気子メーター取替修繕
-------	-----------	---------	-------------

名 称	摘 要	数 量	単 価	金 額 (円)
電気子メーター取替修繕		1 式		

納 入 場 所	経営管理室 総務課	税 区 分	課税
検 査 場 所	経営管理室 総務課	課 税	10%
納 入 期 限	令和7年9月30日		

説 明 (使 用 目 的) 電気子メーター取替修繕 有効期限切れとなる電気子メーター 6 個の取替を行う。

注 意 事 項

- (1) 見積書は所定の投函箱に入れて下さい。
- (2) 品名・数量その他の内容を確実に記載して下さい。
- (3) 「同等品可」と表示してあるものは、メーカー、規格及び定価等を記載して下さい。
- (4) 注文を受けた場合は、指定納期までに納品して下さい。
(納入遅延の場合は、違約金が必要です。)

市立札幌病院
電気子メーター取替修繕
仕様書

令和7年度

札幌市病院局

1 修繕内容

この修繕仕様書は、電気子メーター取替に係る修繕に適用する。

2 施工内容

- ・有効期限切れとなる電気子メーター6個の取替を行う。
- ・対象となる電気子メーターについては以下のとおり

仕様	台数
単相2線 30A	1台
単相2線 120A	1台
単相3線 120A	2台
三相3線 30A	1台
三相3線 120A	1台

- ・取替作業は病院担当者と打合せを行い、日程等を調整すること。
(平日夜間作業を予定)
- ・修繕に伴う廃棄品の処理についても本修繕に含めること。

3 期限

令和7年9月30日までとする。

4 修繕に伴う注意事項

- (1) 修繕については病院担当者と十分な打合せを行い綿密な調整を図り、事前に作業計画書及び各機器仕様の承認を担当者から得た後に行うこと。
- (2) 測定及び試験に使用する器具は、メーカー認定品及び校正された適正なものを使用し、測定の目的、内容等の合った測定方法、条件等を考慮し確実な測定を行うこと。
- (3) 受託者の責めに帰すべき理由により、貴職又は第三者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償すること。
- (4) 下請け契約を締結したときは施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとする。また、施工体系図を作成し工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
- (5) 受託者は、撤去物において産業廃棄物（廃材・廃油等）が発生した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、適正に処理を行うこと。
- (6) その他本仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示によること。

