

「札幌市菊水分庁舎 AED」に関する質問及び回答

質 疑 内 容	回 答
<p>仕様書 「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
<p>仕様書 2 「日本光電工業製 AED-3100」とありますが、遠隔監視システムは必須の認識でよろしいでしょうか。 遠隔監視システムが必須な場合は日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。 また上記対応に加え、AEDの稼動状態（AED本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年1回」からお教え頂けますでしょうか。 なおレポートの提出はメールにて提出でよろしいでしょうか。 また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書上、遠隔監視システムは必須要件としておりませんが、左記の機能が利用できる場合は、契約者と協議の上、可能であれば利用したいと考えております。なお、その際の運用については、左記のとおりで問題ありません。</p> <p>左記のレポート提出については、特段不要です。</p> <p>上記のとおり、遠隔監視システムは必須要件としておりませんが、設置場所の電波状況が悪い場合については、ご認識のとおりです。</p>
<p>仕様書 2 「キャリングバッグ (YC-310V)」とありますが、デザインは異なりますが、機能は同じ(AED 本体、予備電極パッド、レスキューキット収納)弊社製のキャリングケース (AE-D3204) でもよろしいでしょうか。</p>	<p>同等品で参加する場合は、規格の確認を行いますので、指定された期日までに「同等・規格確認書」及びカタログ等を提出し、担当課の確認及び承認を受けてください。</p>

質 疑 内 容	回 答
<p>仕様書 3 (2)</p> <p>「JRC 救急蘇生ガイドライン 2020 に対応していること」とありますが、</p> <p>応札予定機器は、製造販売元からは以下を理由に JRC 蘇生ガイドライン 2020 に対応している旨、報告を受けております。</p> <p>このような認識で間違いはないでしょうか？</p> <p>2021 年 7 月に発表された JRC 蘇生ガイドライン 2020 (以下「ガイドライン 2020」) の発表に伴い、弊社の「ガイドライン 2015」に対応機種 (以下に示す「ガイドライン 2015 対応機器」) のラベルが AED のフタに貼付されている装置) につきましてはガイドライン 2020 に対応していることをご案内いたします。</p> <p>【ガイドライン 2020 に対応している理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ GL2020 は GL2015 と比較して、アルゴリズム (救命の一連の流れ) についての大きな変更がないこと ・ 上記より基本的な AED の使用に関しては AED の機能・性能・使用方法等に影響が及ぶ変更はないこと 	<p>左記認識で問題ありません。</p>
<p>仕様書 3 (4)</p> <p>「心肺蘇生手順」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順は AED に付帯する簡易取扱説明書に図示され、AED からは電源 ON から胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30 秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約 2 分間が経過し心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り 5 回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
<p>仕様書 7 (1)</p> <p>消耗品について「交換」とありますが、新しい消耗品を設置先に送付する運用でよろしいでしょうか。</p>	<p>消耗品については、菊水分庁舎にて直接交換いただく運用を想定しています。</p>

以上