自動体外式除細動器(AED)借受

質問番号	質問内容	回答
1	仕様書5 「使用方法についての説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書、取扱説明のCD-ROMを同梱しています。また、弊社では24時間365日対応可能なコールセンターを用意しており、ご不明な点等がありましたら連絡頂き対応いたしますので、コロナ禍でもあり現地での対応は不要でよろしいでしょうか。現地対応が必要である場合には、AED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。	必要な点検・使用方法について確実に保育所に説明できるよう、現地対応することとしております。現地対応の際には、納入機種と同機種を用いて、点検・使用方法について説明してください。なお、適切に説明が可能であれば、取扱説明書を用いる必要まではありません。
2	仕様書6(2) 既存収納ボックスへの収納について、収納が厳しい場合、予備の電極パッド、レスキューキットはAED本体(キャリングケース付き)脇のボックス内空きスペースに収納させて頂く運用、またはキャリングケースを外して保管させて頂く運用でもよろしいでしょうか。	AED本体のほか予備の電極パッド、救急セットもキャリングケース内に収納していただき、キャリングケースごと収納ボックスに収納してください。なお収納ボックスに収まらない場合、希望する保育所に対しては受託者負担により収納器具を貸与していただく必要がございます。
3	仕様書7② 「日本光電工業製 AED-3100」とありますが、遠隔監視システムは不要の認識でよろしいでしょうか。 遠隔監視システムが必須な場合は日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。 また上記対応に加え、AEDの稼動状態(AED本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量)のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年1回」からお教え頂けますでしょうか。 なおレポートの提出はメールにて提出でよろしいでしょうか。 また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも 改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。	遠隔監視システム及びレポートの提出は不要です。
4	仕様書8(1) 消耗品について「交換」とありますが、新しい消耗品を設置先に送付する運用でよろしいでしょうか。	消耗品の交換は、「直接保育所を訪問して無償で交換」していただきます。
5	仕様書8(1) 「AED使用事例が発生した場合は、交換用の電極パッド等を事例発生した保育園へ即時納入すること」とありますが、上記の質疑で設置先に送付する運用をご承認いただけない場合、出庫後、弊社窓口より持参させて頂く運用とさせていただいてもよろしいでしょうか。(出庫後納品まで1~2日目処として)また、出庫後納品までの間、必要がある場合には代替機を持参させていただき、設置する運用でよろしいでしょうか。	左記のとおりで構いません。
6	仕様書8(2) 「修理」とありますが、機器の異常が発生した場合は、弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認の上、機器交換等を行い、原状復帰することでよろしいでしょうか。	左記のとおりで構いません。
7	契約約款 「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。	入札告示に記載されている入札参加資格を満たし、今回発注の借受契約期間満了後における借受物品の「買取」または「再リース」の協議・対応が可能なのであれば、問題ありません。
8	契約約款 第11条 「動産総合保険に加入」とありますが、弊社は動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。	契約約款第11条に記載されているとおり、貸借物品について賃貸借期間中継続して受注者を被保険者とする動産総合保険に加入してください。
9	現行の落札業者及び導入機器と1台あたりの金額(月額・税別)を教えていただけますでしょうか。	現行の契約情報については、下記ホームページよりご確認ください。 https://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/aed.html