

仕 様 書

1 物品名 4分析計整備部品（駒岡清掃工場）

| 品名 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 |
|--------------------|--------------------------------------|----|----|
| 4分析計定期整備部品 | ZSULCCE3-CFCF1-YYN7712-A3A0AA-M3GH-Z | | |
| ガス採取器用フィルタエレメント | 金網フィルタ | 2 | 個 |
| ガス採取器用Oリング | G50 | 2 | 個 |
| ガス採取器用Oリング | G45 | 2 | 個 |
| ガス採取器用パッキン | フィルタ部用 | 2 | 個 |
| ミストフィルタ用フィルタエレメント | | 2 | 個 |
| ミストフィルタ用Oリング | G65 | 2 | 個 |
| メンブレンフィルタ用ろ紙 | 0. 1 μ m、テフロン | 4 | 枚 |
| メンブレンフィルタ用Oリング | P49 | 4 | 個 |
| メンブレンフィルタ用Oリング | P3 | 4 | 個 |
| NO2/NOコンバータ用触媒 | | 2 | 包 |
| NO2/NOコンバータ用ガラスウール | | 2 | 枚 |
| NO2/NOコンバータ用継ぎ手 | | 4 | 個 |
| 測定セルOリング | | 8 | 個 |
| セクターモーター | | 2 | 個 |
| 電子冷却器 | | 2 | 個 |
| 赤外線光源ユニット | | 2 | 組 |
| 吸引ポンプ | | 2 | 台 |
| ジルコニア検出器 | | 2 | 台 |

2 納入期限

令和5年2月28日

3 納入場所・検査場所

札幌市駒岡清掃工場（札幌市南区真駒内602番地）

4 連絡先

環境局環境事業部駒岡清掃工場 担当：藤田（電話：011-582-9733）

5 その他

- (1) 物品の設置工事は含みません。
- (2) 契約後は速やかに担当課と詳細な打ち合わせをすること。
- (3) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）の条件となります。