

仕 様 書

1 物品名 駒岡清掃工場 4 分析計整備部品

品名	規格・仕様	数量	単位
	点検整備交換部品(消耗部品)		
ガス採取器用フィルターエレメント	金網フィルタ	2	個
ガス採取器用 Oリング	G50	2	個
ガス採取器用 Oリング	G45	2	個
ガス採取器用パッキン	フィルタ部用	2	個
ミストフィルタ用フィルタエレメント		2	個
ミストフィルタ用 Oリング	G65	2	個
No2/No コンバータ用触媒		2	包
No2/No コンバータ用継ぎ手		4	個
吸引器ダイヤフラム		2	個
吸引器弁		2	枚
測定セル Oリング		8	個
	点検整備交換部品(定期交換部品)		
セクターモータ	1号炉分	2	個
盤内換気ファン		2	個
盤内配管材・継ぎ手		2	式
赤外線光源ユニット	1号炉分	2	個

2 納入期限

令和6年3月15日

以下物品については令和5年12月1日までに納品すること。

品名	規格・仕様	数量	単位
ガス採取器用フィルターエレメント	金網フィルタ	2	個
ガス採取器用 Oリング	G50	2	個
ガス採取器用 Oリング	G45	2	個
ガス採取器用パッキン	フィルタ部用	2	個
ミストフィルタ用フィルタエレメント		2	個
ミストフィルタ用 Oリング	G65	2	個
No2/No コンバータ用触媒		2	包
No2/No コンバータ用継ぎ手		4	個
吸引器ダイヤフラム		2	個
吸引器弁		2	枚
測定セル Oリング		8	個
盤内換気ファン		2	個
盤内配管材・継ぎ手		2	式

3 納入場所・検査場所

札幌市駒岡清掃工場（札幌市南区真駒内602番地）

4 連絡先

環境局環境事業部駒岡清掃工場 担当：杉村（電話：011-582-9733）

5 その他

(1) 物品の設置工事は含みません。

- (2) 契約後は速やかに担当課と詳細な打ち合わせをすること。
- (3) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）の条件となります。