

仕 様 書

札幌市消防局

1 名称

自動体外式除細動器保守点検業務

2 点検機種及び台数

- (1) 日本光電工業株式会社 TEC-2513×21 台
- (2) 日本光電工業株式会社 TEC-2603×24 台 (WS-261V 含む。)
※WS-261V とは、TEC-2603 用記録器のこと。

3 業務内容

- (1) 点検日程表の作成
- (2) 外観検査（目視）による確認と清掃
- (3) 計測部の精度及び警報等の機能点検
- (4) システム総合動作確認
- (5) 出力の調整及び確認（高圧部及びコンデンサ部）
- (6) その他（日時設定確認）

4 再委託について

上記の保守点検について、機器の製造メーカーに再委託を行う場合は、承認依頼書を提出し、当局の承認を受けること。

5 点検及び検査場所

別紙 1 のとおりとする。

※救急車の運用状況により、検査場所が変更となる場合がある。

6 履行期間

契約締結日から令和 4 年 3 月 17 日（木）まで

7 点検に伴う整備

点検を行った結果、修繕の必要がある場合は、次のとおりとする。

- (1) 調整等により、その場で修理できる場合は、作業を継続すること。
- (2) 部品交換等の有償整備が発生する場合は、直ちに下記 10 問合せ先の契約担当者に連絡確認し、指示を受けること。

8 代替器

点検時の出動体制確保のため、代替器を受注者が用意すること。

9 その他

- (1) 点検工具及び測定機器等は、受注者が用意すること。
- (2) 受注者は、当市と日程等について十分打合せの上、実施すること。
- (3) 点検完了後は、メーカー指定の様式により、点検結果を報告すること。
- (4) 業務完了後は、「完了届」（別紙２）を提出し検査を受けること。
なお、当業務の支払は、検査に合格した後に支払うものとする。
- (5) 交換した部品は、引き上げることなく、業務担当者へ引き渡すこと。
- (6) この契約の履行について、疑義が生じた場合は当市及び受注者双方協議の上、これを決定する。

10 問合せ先

【業務担当者】

札幌市消防局警防部救急課救急指導係

Tel011-736-1238 松野 翔太

【契約担当者】

札幌市消防局総務部施設管理課装備係

Tel011-215-2030 佐藤 源太

除細動器一覧

別紙1

署	所属	住所	機種	購入年	備考
警防部	札消ヘリ	石狩市新港東2丁目	TEC-2513	H20	
			TEC-2603	H28	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	警防5	中央区北11条西13丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	警防50		TEC-2513	H25	
中央署	中央5	中央区南4条西10丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	大通5		TEC-2513	H28	
	豊水5	中央区南8条西2丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	幌西5	中央区南11条西21丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	山鼻5	中央区南23条西10丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	中央50	中央区南4条西10丁目	TEC-2513	H25	
	幌西50	中央区南11条西21丁目	TEC-2513	H26	
北署	北5	北区北24条西8丁目	TEC-2513	H27	
	北エルム5		TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	あいの里5	北区あいの里2条1丁目	TEC-2513	H28	
	篠路	北区篠路2条4丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	新光5	北区新琴似1条12丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	新光50		TEC-2513	H26	
	あいの里50	北区あいの里2条1丁目	TEC-2513	H24	
東署	東5	東区北24条東17丁目	TEC-2513	H27	
	東モエレ5		TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	栄5	東区北46条東14丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	札苗5	東区東苗穂4条2丁目	TEC-2513	H28	
	苗穂5	東区北8条東11丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
白石署	白石5	白石区南郷通6丁目北	TEC-2513	H28	
	菊水5	白石区菊水上町1条3丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	北郷5	白石区北郷3条5丁目	TEC-2513	H27	
	菊水50	白石区菊水上町1条3丁目	TEC-2513	H26	
厚別署	厚別5	厚別区厚別中央1条5丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	厚別西5	厚別区厚別西3条5丁目	TEC-2513	H26	
豊平署	豊平5	豊平区月寒東1条8丁目	TEC-2603	R3	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	平岸5	豊平区平岸1条11丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	西岡5	豊平区西岡4条6丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
清田署	清田5	清田区平岡1条1丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	北野5	清田区北野7条5丁目	TEC-2603	R3	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	清田50	清田区平岡1条1丁目	TEC-2513	H25	
南署	南5	南区真駒内上町5丁目	TEC-2513	H28	
	定山溪5	南区定山溪温泉西1丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	藤野5	南区藤野2条3丁目	TEC-2513	H26	
	南50	南区真駒内上町5丁目	TEC-2513	H23	
西署	西5	西区発寒10条4丁目	TEC-2513	H27	
	八軒5	西区八軒1条東3丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	西野5	西区西野3条2丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
手稲署	手稲5	手稲区手稲本町2条5丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	前田5	手稲区前田6条5丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	手稲50	手稲区手稲本町2条5丁目	TEC-2513	H26	

※ TEC-2603×24台 TEC-2513×21台 合計45台

役務－第9号様式 完了届

完了届

年 月 日

(あて先) 札幌市長

住 所

商号又は名称

職 ・ 氏 名

印

名 称 自動体外式除細動器保守点検業務

上記役務は、年 月 日に完了したのでお届けします。

(なお、完了した役務の内容は、作業日誌等にて逐次報告したとおりです。)

備考 札幌市競争入札参加資格者(物品・役務)は、電子メールによる提出(押印不要)を可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

(以下、札幌市使用欄)

受付	年 月 日	完了を確認した職員	印
----	-------	-----------	---

課 長	係 長	係

年 月 日上記のとおり完了届の提出があったので、この役務の履行検査に係る検査員及び立会人については次の者に命じ、年 月 日に検査を実施してよろしいか。

検査員 職 氏 名

立会人 職 氏 名