

仕 様 書

1 名称

自動体外式除細動器保守点検業務

2 点検機種及び台数（別紙1）

日本光電工業株式会社 TEC-2513	13 台
日本光電工業株式会社 TEC-2603 (WS-261V を含む)	32 台
合計台数	45 台

※ WS-261V は TEC-2603 用記録器

3 業務内容

- (1) 点検日程表の作成
- (2) 外観検査（目視）による確認と清掃
- (3) 計測部の精度・警報等の機能点検
- (4) システム総合動作確認
- (5) 出力の調整及び確認（高圧部・コンデンサ部）
- (6) その他（日時設定確認）

4 再委託について

上記の保守点検について、機器の製造メーカーに再委託を行う場合は、承認依頼書を提出し、当局の承認を受けること。

5 点検・修繕・検査場所

別紙1のとおりとする。

※救急車の運用状況により検査場所が変更となる場合がある。

6 履行期間

契約締結日から令和6年3月22日（金）まで

7 点検に伴う整備

点検を行った結果、修繕の必要がある場合は次のとおりとする。

- (1) 調整等によりその場で修理できる場合は作業を継続すること。
- (2) 有償な整備（部品交換等）が発生する場合は、直ちに下記10問合せ先の契約担当者に連絡確認し、指示を受けること。

8 代替器

点検時の出動体制確保の為、代替器を受注者が用意すること。

9 その他

- (1) 点検工具及び測定機器等は受注者が用意すること。
- (2) 受注者は、当市と日程等について十分打合せの上、実施すること。
- (3) 点検完了後は、メーカー指定の様式により、点検結果を報告すること。
- (4) 業務完了後は、「完了届」(別紙2)を提出し検査を受けること。
なお、当業務の支払いは、検査に合格した後に30日以内に支払うものとする。
- (5) 交換した部品は、引上げることなく、業務担当者へ引渡すこと。
- (6) この契約の履行について、疑義が生じた場合は当市及び受注者双方協議の上、これを決定する。

10 問合せ先

- (1) 業務担当者
札幌市消防局警防部救急課救急係
Tel011-215-2070 宇野
- (2) 契約担当者
札幌市消防局総務部施設管理課装備係
Tel011-215-2030 山本

令和5年度除細動器一覧

署	点検対象	所属	住所	機種	購入年	備考
警防部	○	札消へり	石狩市新港東2丁目	TEC-2513	H24	
	○			TEC-2603	H28	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	警防5	中央区北11条西13丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
中央署	○	中央5	中央区南4条西10丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	大通5(新・中央50)		TEC-2513	H28	
	○	予備機(車両未設置)		TEC-2603	R4	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	豊水5	中央区南8条西2丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	幌西5	中央区南11条西21丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	山鼻5	中央区南23条西10丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
北署	○	北5	北区北24条西8丁目	TEC-2603	R4	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	北エルム5		TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	あいの里5(新・あいの里50)	北区あいの里2条1丁目	TEC-2513	H28	
	○	篠路5	北区篠路2条4丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	新光5	北区新琴似1条12丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	桑園50(新・新光50)		TEC-2513	H27	
東署	○	東5	東区北24条東17丁目	TEC-2603	R4	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	東モエレ5		TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	栄5	東区北46条東14丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	北郷50(新・厚別50)		TEC-2513	H27	
	○	札苗5(新・栄50)	東区東苗穂4条2丁目	TEC-2513	H28	
	○	苗穂5	東区北8条東11丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
白石署	○	白石5(新・清田50)	白石区南郷通6丁目北	TEC-2513	H28	
	○	南郷5		TEC-2603	R4	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	菊水5	白石区菊水上町1条3丁目	TEC-2603	H29	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	菊水50		TEC-2513	H26	
	○	北郷5		白石区北郷3条5丁目	TEC-2603	R4
厚別署	○	厚別5	厚別区厚別中央1条5丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	厚別西5	厚別区厚別西3条5丁目	TEC-2603	R3	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
豊平署	○	豊平5	豊平区月寒東1条8丁目	TEC-2603	R3	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	平岸5	豊平区平岸1条11丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	西岡5	豊平区西岡4条6丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
清田署	○	清田5	清田区平岡1条1丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	北野5	清田区北野7条5丁目	TEC-2603	R3	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
南署	○	南5(新・幌西50)	南区真駒内上町5丁目	TEC-2513	H28	
	○	南50		TEC-2513	H23	
	○	定山溪5	南区定山溪温泉西1丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	藤野5	南区藤野2条3丁目	TEC-2603	R3	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	石山50	南区石山2条4丁目	TEC-2513	H28	
西署	○	西5	西区発寒10条4丁目	TEC-2603	R4	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	北栄50(新・警防50)		TEC-2513	H27	
	○	八軒5	西区八軒1条東3丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	西野5	西区西野3条2丁目	TEC-2603	H30	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
手稲署	○	手稲5	手稲区手稲本町2条5丁目	TEC-2603	R1	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む
	○	手稲50		TEC-2513	H26	
	○	前田5	手稲区前田6条5丁目	TEC-2603	R2	除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む

出向施設数	33	施設
TEC-2513	13	台
TEC-2603	32	台(除細動器TEC2603用記録器(WS261V) 含む)
合計	45	台

役務一第9号様式 完了届

完了届

年 月 日

(あて先) 札幌市長

住 所
商号又は名称
職 ・ 氏 名

印

名 称 自動体外式除細動器保守点検業務

上記役務は、年 月 日に完了したのでお届けします。

(なお、完了した役務の内容は、作業日誌等にて逐次報告したとおりです。)

備考 札幌市競争入札参加資格者(物品・役務)は、電子メールによる提出(押印不要)を可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

----- (以下、札幌市使用欄) -----

受付	年 月 日	完了を確認した職員	印
----	-------	-----------	---

課 長	係 長	係

上記のとおり完了届の提出があったので、この役務の履行検査に係る検査員及び立会人については次の者に命じ、年 月 日に検査を実施してよろしいか。

検査員 職 氏 名

立会人 職 氏 名