伺番号：1309

仕　様　書

1　名称
吸引器

2　数量
１組

3　規格
下記又は同等品
※　同等品で参加する場合は、入札(見積)書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。
なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記７に記載の担当課のメールアドレス宛てに送信すること。

品　　名	レールダルサクションユニット ＬＳＵ４０００ 再使用型キャニスタータイプ(No.78000005)
医療用具承認番号	21200BZY00521000
輸入・総販売元	レールダルメディカルジャパン株式会社

4　同等品条件
⑴　本体が倒れても、吸引した液体が容易に漏れない構造であること。
⑵　AC電源で繰り返しバッテリー充電が可能であること。
⑶　キャニスター容量が1,000ｍｌ以上で、リユーザブルタイプ（再使用型）であること。（使い捨てタイプは不可とする）
⑷　低圧力から高圧力の段階的な圧力設定が容易であること。
⑸　屋外使用可能であり、IEC60529に適合するIP34Dと同等以上の防まつ仕様を有すること。
⑹　バッテリーでの作動時において、吸引圧を最大（66.5＋kPa）にして30分以上連続作動が可能であること。
⑺　バッテリー残量が表示可能であること。
⑻　本体重量（バッテリー含む）は５kg以下であること。

5　納期
令和９年３月31日（水）

6　納入及び検査場所
札幌市消防局警防部消防救助課消防航空係（石狩ヘリポート）
石狩市新港東２丁目１番２号

7　問合せ先

札幌市消防局警防部消防救助課消防航空係　担当者　山田
℡：0133-62-4119
mail：koku.shobo@city.sapporo.jp

8　特記事項

⑴　当該案件は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）」の高度管理医療機器等販売業の許可を受けていること、または管理医療機器販売業の届出をしていることが参加の条件となる。

⑵　契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。