

同番号：1818

## 仕様書

### 1 名称

特殊紺創膏

### 2 数量

50箱

### 3 規格（下記候補品(1)～(2)又は同等品とする）

#### (1) エアウォールIVレギュラータイプ

規格：N0.8010R 品名コード：YB-218010R 入数：50枚入／1箱

#### (2) サージット30

規格：21-063 品番：NSD3-3 入数：50枚入／1箱

※ 同等品で参加する場合は、事前に下記7の担当者まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、更に見本品を提出して、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記7に記載の担当課のメールアドレス宛てに送信すること。

### 4 同等品条件

- (1) ドレッシング（創傷保護）材であること。
- (2) 滅菌済であること。
- (3) 留置針又はカテーテルの刺入部が確認できる半透明であること。
- (4) 吸水パッドが付いていない製品であること。
- (5) サイズは縦80mm±10mm×横100mm±10mmであること。
- (6) 総枚数が同じであれば1箱の入数は問わない。

### 5 納入期限

令和8年1月30日（金）

### 6 納入及び検査場所

札幌市中央区北11条西13丁目

札幌市消防局救急ワークステーション

### 7 問合先

札幌市消防局警防部救急課救急係

札幌市南4条西10丁目（6階）

TEL 011-215-2070 担当 渡邊 佳祐

Mail : [kyukyu.shobo@city.sapporo.jp](mailto:kyukyu.shobo@city.sapporo.jp)

### 8 その他

- (1) 納品に際して、事前に上記7の担当者と打合せること。
- (2) 契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等の出荷元からの出荷証明を求めることができます。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）の条件となります。