

1 品名

体温計

2 数量

一式

3 規格 下表候補品又は同等品

品名	製造販売業者・規格	数量
電子体温計	テルモ株式会社 電子体温計 C206 腋下 ET - C206E	14 個
非接触赤外線体温計	アドバンスドメディカル株式会社 FLIRSTP - 300N	7 個

(表は、一式当たりの数量)

4 同等品条件

品名	同等品条件
電子体温計	● 腋窩で測定するもの。 ● IPX7以上の防水性能を有するもの。 ● 測定範囲が20℃～45℃(±1℃)であるもの。 ● 実測値が、上限値以上の場合は0、下限値を下回った場合は88.8℃を表示すること。88.8℃を表示すること。 ● 最小表示が0.1℃であるもの。 ● 予測式/実測式の二方式で検温可能なもの。 ● 管理医療機器であるもの。
非接触赤外線体温計	● 測定方式が赤外線測定、非接触測定であること ● 体温計としての測定範囲が32.5℃～42.0℃(±0.5℃)測定精度が±0.3℃以下であるもの。精度が±0.3℃以下であるもの。 ● 管理医療機器であるもの。 ● 電源がアルカリ単三電池で稼働すること。

- ※ 同等品で参加する場合は、見積書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記 6 に記載の担当課のメールアドレス宛てに送信すること。

5 納入期限

令和 7 年 12 月 26 日（金）

6 納入及び検査場所

指定場所

7 問合せ先

札幌市消防局 総務部 施設管理課 担当 寺倉

札幌市中央区南 4 条西 10 丁目 TEL011-215-2030

メールアドレス soubi.shobo@city.sapporo.jp

8 特記事項

- (1) 納入場所及び納入日時について、事前に上記 7 の担当者と打合せの上、納品すること。
- (2) 契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。その場合は、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。