

仕 様 書

1 名称
輸液セット

2 数量
170箱（1箱10本入り）

3 規格
JMS プラネクタ輸液セット DEHPフリー
品番：JY-NWP821F7 10本入／箱
認証番号：21800BZZ10109000
又は同等品

※ 同等品で参加する場合は、見積書提出期限までに、下記8の物品担当者まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。なお、電子メールで提出の際は、見積依頼用メールアドレスから、下記8に記載の担当課メールアドレス宛てに送信すること。

4 同等品条件

- (1) 輸液セット（一体型）はびん針、点滴筒、クランプ、スプリットセプタム型閉鎖式注入ポート及びコネクタで構成され、構成部品間がチューブで接続されていること。
- (2) 注入ポートは金属針や専用のカニューラを必要とせず、ルアータイプのシリンジでアクセス可能なニードルレスのものであること。
- (3) コネクタはロック式であること。
- (4) 輸液セットは全長が2m10cm±10cm程度、スプリットセプタム型閉鎖式注入ポートからロックコネクタ部先端までの長さが70cm±5cm程度であること。
- (5) びん針、コネクタにはそれぞれキャップが付いていること。
- (6) 滅菌済みで個包装されていること。
- (7) 厚生労働省で承認を受け、承認番号が付番された機器であること。
- (8) 滴下量は20滴≒1mlであること。
- (9) 1箱あたりの数量が違って、総数が同じであれば同等品として認める。

5 納期
令和8年10月30日（金）

6 納入及び検査場所
別紙のとおり

7 その他

- (1) 見積合せに参加する者は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく高度管理医療機器等販売業許可、または管理医療機器等販売業の届出をしていることのいずれかを証することができる者であること。
- (2) 契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等の出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）の条件となります。

- (3) 納品に際しては、事前に下記8の担当者と打合せの上、納品すること。
- (4) 同等品の判断には時間を要することもあることから、見積書提出期限と担当課が確認を要する時間を考慮して同等品の確認を依頼すること。
- (5) 納品時に使用期限が2年以上残っている製品を納入すること。
- (6) 配送に係る費用は納入業者が負担すること。

8 問合せ先

札幌市消防局警防部救急課救急係（担当：鈴木）

札幌市中央区南4条西10丁目 札幌市消防局庁舎6階

電話：011-215-2070 FAX：011-271-0610

Mail：kyukyu.shobo@city.sapporo.jp

別紙

品名	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲	計
輸液セット (10本/箱)	28	30	10	26	15	10	12	2	25	12	170

中央	中央消防署	中央区南4条西10丁目	Tel215-2120
北	北消防署	北区北24条西8丁目	Tel737-2100
東	東消防署	東区北24条東17丁目	Tel781-2100
白石	白石消防署	白石区南郷通6丁目北	Tel861-2100
厚別	厚別消防署	厚別区厚別中央1条5丁目	Tel892-2100
豊平	豊平消防署	豊平区月寒東1条8丁目	Tel852-2100
清田	清田消防署	清田区平岡1条1丁目	Tel883-2100
南	南消防署	南区真駒内上町5丁目	Tel581-2100
西	西消防署	西区発寒10条4丁目	Tel667-2100
手稲	手稲消防署	手稲区手稲本町2条5丁目	Tel681-2100